



Prot.n. 114/23

**Spett.le**

**ARPA Puglia**

**Centro Regionale Aria**

[aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

[supporto.protocollo@arpa.puglia.it](mailto:supporto.protocollo@arpa.puglia.it)

**ARPA Puglia**

**Dap Brindisi**

[dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia)

Roma, 27 Settembre 2023

**Oggetto: Centralina monitoraggio aria - Comunicazione avaria analizzatore SO2**

Con la presente comunichiamo l'avaria dell'analizzatore SO2 riscontrata da Ecolstudio S.p.A. in data 20.09.2023.

L'analizzatore è in riparazione e al più presto verrà installato muletto sostitutivo.

Di tanto Ve ne sarà data pronta comunicazione.

Si allega nota di dettaglio della Ecolstudio S.p.A.

Distinti Saluti

Il Direttore Tecnico

**FORMICA AMBIENTE S.r.l.**  
Sede Legale: Via Groenlandia, 47  
00144 ROMA  
Partita IVA 05252621007  
Sede Operativa: Contrada Formica  
72100 BRINDISI

Allegati cs

**Formica Ambiente S.r.l.**

Sede legale: Via Groenlandia, 47 – 00144 Roma – P.I. 05252621007 – C.F. 01408590741 - Trib. n° 157630 – R.E.A. n. 864204

tel 0659290508 – fax 0659290408 – e-mail [info@formicambiente.it](mailto:info@formicambiente.it)

Sede operativa: Contrada Formica - Brindisi

**Spett.le**

**Formica Ambiente**

**C.da Formica- Brindisi**

**Oggetto:** Nota in merito alla manutenzione sull'analizzatore di SO<sub>2</sub>

In merito a quanto in oggetto, nella giornata di oggi, 20/09/2023, è stata effettuata una manutenzione straordinaria sull'analizzatore SO<sub>2</sub> (HORIBA, modello APSA 370, s/n Y8W00PG6) per sostituzione di lampada e fotodiodo, ma la manutenzione non è andata a buon fine; l'analizzatore è rimasto in anomalia.

Lo strumento è stato quindi ritirato dalla cabina e inviato alla casa produttrice per ulteriori controlli.

Nella prima settimana di ottobre verrà effettuata la manutenzione trimestrale e potrà essere installato un muletto sostitutivo in attesa di notizie dalla casa produttrice.

Distinti saluti

Ecol Studio S.p.a.



---

Dott.ssa Paola Lisa

